試験検査成績書

第 AG70100080-001 号
平成29年1月26日

環境計量証明事業所　静岡県公認登録第148の6号
食品衛生法登録機関　厚生労働省発東海環第0222001号
水道水水質検査機関　厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業　静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター
〒426-0041　静岡県藤枝市高柳2310番地
TEL <054>-634-1000　FAX <054>-634-1010

株式会社ソーケンビバレッジ　様

平 成 29 年 1 月 18 日

ご依頼を受けました検査の結果は、
下記のとおりです。

試　料　名	ナチュラルミネラルウォーター
採取年月日：時刻	ー
特　記　事　項	施設名:㈱ソーケンビバレッジ第1工場 山梨県甲州市塩山上萩原2695-1 製造日:平成29年1月18日　測定日:平成29年1月24日

検　査　項　目	単位	結　果	検出限界	検　査　方　法
放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	検出されない	0.9	*
放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	検出されない	0.9	*
放射性セシウム(合計値)	Bq/kg	検出されない	---	
-以下余白-				

*食品中の放射性セシウム検査法(平成24年3月 厚生労働省医薬食品局食品安全部)
注)検出限界とは、測定器が検出可能な最小濃度です。